

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dot. zakupu 8 szt. fabrycznie nowych łóżek elektrycznych

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach:
 - segmenty leża wypełnione zdejmowanymi poprzecznymi lamelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego z systemem zatraskiwania,
 - lamele wyposażone w otwory wentylacyjne,
 - panele poprzeczne leża wykonane ze zmywalnego tworzywa sztucznego i płyty HPL, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca, obok leża?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

4. Czy w związku z pkt. 33 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, z wyświetlaczem LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazującymi osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15°, 30°, 45°, 60° oraz przechyłów wzdłużnych 6° i 12°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami blokady centralnej kół dostępnymi bezpośrednio przy kołach od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 260 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami (jeden panel na jeden segment leża)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

10. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami, które można zablokować, ale nie trzeba, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
12. Czy Zamawiający potraktuje jako rozwiązanie równoważne punktowane posiadanie przez łóżko wskaźnika dźwiękowego najniższego położenia leża, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
13. Czy Zamawiający będzie traktował jako parametr punktowany załączeniu deklaracji zgodności wskazujących, że łóżko wykonane jest zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2015 (deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasy I)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
14. Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją oparcia pleców wynoszącą 10 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350-910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 28 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o zasilaniu 230V, 50/60Hz bez sygnalizacji diodowej na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji ze stali malowanej metoda proszkową. Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 są ruchome. Segmenty wypełnione są odejmowalnymi płytami HPL?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym odczepianymi, poprzecznymi, tworzywowymi płytami HPL z otworami wentylacyjnymi, z systemem zatraskiwania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy (z elementem kolorystycznym do wyboru) umożliwiającymi łatwy dostęp do pacjenta z blokadami ale bez konieczności użycia narzędzi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wskaźnika najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego, za pomocą jednego, oznaczonego piktogramem przycisku, możliwa jest tylko z panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym elektryczna regulacja funkcji CPR, za pomocą jednego, oznaczonego piktogramem przycisku, możliwa jest jedynie za pomocą panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym elektryczna regulacja pozycji antyszokowej, za pomocą jednego, oznaczonego piktogramem przycisku, możliwa jest jedynie za pomocą panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej, za pomocą jednego, oznaczonego piktogramem przycisku, możliwa jest jedynie za pomocą panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elektrycznej pozycji ułatwiającej wejście i zejście z łóżka pacjenta? w oferowanym modelu uzyskanie tej funkcji możliwe jest po wykonaniu dwóch ruchów (CPR + podniesienie oparcia pleców do pozycji max)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością selektywnego lub całkowitego blokowania funkcji z poziomu panelu sterującego (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)? Po zablokowaniu wszystkich funkcji zapala się dioda LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wskaźnika naładowania baterii w panelu i w poręczach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w koła pojedyncze? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w piąte koło kierunkowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z dwóch stron (od strony nóg pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wbudowanych wizualnych wskaźników kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do 90st oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15st?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wysuwaną spod leża półką na pościel z udźwigiem 8 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z leżem wypełnionym panelami polipropylenowymi (PP), które można łatwo wyjąć w celu mycia lub dezynfekcji, ze zintegrowanymi stoperami materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne ze sterowaniem przy pomocy zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych od strony wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu medycznego oraz panelu centralnego dla personelu medycznego montowanego na szczycie od strony nóg z czytelnymi piktogramami pozwalającymi na łatwą identyfikację wybranej funkcji elektrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 380-790 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z regulacją elektryczną części plecowej w zakresie 0-63 stopnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w ruch roto-translacyjny (autoregresja) oparcia, które cofa się o 13 cm, zmniejszając ucisk w obszarze miednicy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne bez piątego koła kierunkowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektrycznego wyposażonego w podwójne koła o średnicy 150 mm, bez dodatkowych osłon kół, które utrudniają zachowanie właściwej czystości kół i znacznie zmniejszają odpowiednie dojście w celu dezynfekcji i mycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone we wbudowany wizualny wskaźnik kąta nachylenia segmentu oparcia do 80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z listwą po 2 haczyki na worki urologiczne po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne ze wstawkami w barierkach bocznych oraz szczytach do wyboru z 7 dostępnych kolorów.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne bez wbudowanej półki do odkładania np. pościeli?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w teleskopowy wieszak do płynów infuzyjnych ze stali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obciążenie 270 kg oraz wg wagi pacjenta 235 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania poręcz z blokadami na czas transportu ? Blokad są odblokowywane w ciągu 1 sekundy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez pilota przewodowego ? W opisanej wersji pilot przewodowy dla pacjenta podróży tylko wartość łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację 400 – 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sygnał dźwiękowy osiągniętej najniższej pozycji zamiast diody LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację do 72 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację do 40 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ze względów bezpieczeństwa dopuści pozycję antyszokową tylko w panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opisaną pozycję tylko wbudowaną tylko w poręcze boczne ? Funkcja ta dla pacjenta, który ma nad nią kontrolę tylko wtedy ma sens?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wskaźnik naładowania tylko na panelu centralnym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez piątego koła?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blokadę kół centralnie w kołach od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców oraz nieruchome w części nóg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klasę wodoszczelności IP 54 (klasa potwierdzająca ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak wykonany z aluminium?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
62. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżek wyprodukowanych w 2022?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na łóżko wyprodukowane 2021r lub 2022r
63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z przedłużeniem leża o 200 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 1000 mm przy barierkach opuszczonych oraz 1020 mm przy barierkach podniesionych co nieznacznie różni się od szerokości wymaganej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem w barierkach bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym bez dodatkowego pilota przewodowego z uwagi na to, że każde dodatkowe sterowanie zwiększa cenę łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ
66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze wskaźnikiem najniższego położenia w postaci zmiany koloru podświetlenia leża w momencie uzyskania najniższej wysokości i przyzna za takie rozwiązanie 10 pkt – proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną części plecowej do 70 st. co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną części plecowej do 70 st. oraz nożnej do 40 st. co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną funkcji autokontur za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego oraz z pomocą dwóch przycisków przy sterowaniu z barierkach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną do pozycji krzesła kardiologicznego za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego oraz z możliwością ustawienia pozycji krzesła kardiologicznego ze sterowania w barierkach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną pozycji antyszokowej za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego oraz z możliwością ustawienia pozycji antyszokowej z barierkach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną części plecowej do 70 st. co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pozycją egzaminacyjną regulowaną za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego oraz z możliwością ustawienia pozycji egzaminacyjnej (do badań) ze sterowania w barierkach bocznych od strony zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną pozycją ułatwiającą wejście i zejście z łóżka sterowaną za pomocą przycisków tylko w barierkach bocznych od strony wewnętrznej – z założenia panel centralny jest przeznaczony wyłącznie dla personelu i pacjent nie powinien mieć do niego dostępu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze wskaźnikiem naładowania tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez 5 koła – proponowane łóżko posiada 4 koła z jednoczesną blokadą centralną oraz z możliwością ustawienia kół w pozycji tzw. wolnej (pomocne przy „parkowaniu” łóżka czy skręcaniu) oraz z możliwością ustawienia kół z jednym kołem kierunkowym – takie rozwiązanie nie wymaga zastosowania 5 koła a tym samym nie zawyża ceny łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi składanymi jedną ręką, cicho i samoczynnie opadającymi poniżej poziomu leża po zwolnieniu blokady oraz z samoblokującymi w pozycji podniesionej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kablem zasilającym prostym? Skręcane kable telefoniczne mają tendencję do nadmiernego rozciąganie (nie wracają do swojej pierwotnej długości podobnie jak dawne kable telefoniczne co z czasem utrudnia jazdę łóżkiem ponieważ kabel dostaje się pod koła i uniemożliwia np. przejazd czy znacznie utrudnia „jazdę” łóżkiem zwłaszcza z pacjentem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2180 mm z możliwością przedłużenia leża do długości 2330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z polipropylenu z systemem zatrząskiwania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez pilota w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wskaźnikiem najniższego położenia leża w postaci diody Led umieszczonym pod leżem, oświetlającej podwozie w najniższej pozycji leża?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 0-70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części nożnej w zakresie 0-35°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko , w którym kasetę wsuwa się bezpośrednio pod materac lub pacjenta, bez konieczności stosowania tunelu na kasetę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga niedostępną z panelu sterowania w barierkach bocznych od strony zewnętrznej, a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją pozycji krzesła kardiologicznego niedostępną z panelu sterowania w barierkach bocznych od strony wewnętrznej, a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel za pomocą jednego oznaczonego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją CPR niedostępną z panelu sterowania dla personelu w barierkach bocznych od strony zewnętrznej, a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją pozycji antyszokowej niedostępną z panelu sterowania w barierkach bocznych od strony zewnętrznej, a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel za pomocą jednego oznaczonego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji egzaminacyjnej za pomocą panelu sterowania poprzez naciśnięcie jednego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku poziomującego leże?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

91. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną pozycją ułatwiającą wejście i zejście pacjentowi z łóżka uruchamianą za pomocą panelu sterowania poprzez naciśnięcie jednego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku regulującego segment oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z mechaniczną funkcją CPR z dźwignią umieszczoną pod leżem z obu stron łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

93. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z diodowym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz stanu naładowania akumulatora znajdującym się tylko na centralnym panelu sterowania dla personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery pojedyncze koła o średnicy 125mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr

95. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 2 dźwignie blokady kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji umieszczone z obydwóch stron łóżka od strony wezgłowia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

96. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kołem kierunkowym pełniącym funkcję piątego koła umieszczonym w narożniku od strony głowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

97. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z czterema, niezależnymi, tworzywowymi barierkami bocznymi zabezpieczającymi $\frac{3}{4}$ długości leża wraz z dodatkowym protektorem powodującym zabezpieczenie pacjenta na całej długości, wypełniającym część nożną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ