

Dot. Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup : „Przyrząd do pobierania leku z fiolki”

W nawiązaniu do pytania, udzielamy następującej odpowiedzi:

Grupa nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści równoważny przyrząd do pobierania leków z fiolki o następujących parametrach:

- Bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek
- Dwuświatłowy
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki
- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

KIEROWNIK DZIAŁU
CENTRALNEJ STERYLIZACJI


mgr Anna Jagodzińska