

Bydgoszcz 04.07.2022 r.

Dot. Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup : „**Staplery liniowe zamykająco-tnące z nożem oraz ładunki do staplerów**”.


W nawiązaniu do pytania udzielamy następującej odpowiedzi :

Grupa 1

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłymi w przekroju, wysokość zszywki 3,8 mm lub 4,5 mm (do wyboru), pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia, oczekuje zszywek obustronnie spłaszczonych.

KIEROWNIK DZIAŁU
CENTRALNEJ STERYLIZACJI


mgr Anna Jagodzińska