

Bydgoszcz 05.07.2022 r.

Dot. Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup : „**Staplery liniowe zamykająco-tnące z nożem oraz ładunki do staplerów**”.

W nawiązaniu do pytania udzielamy następującej odpowiedzi :

Grupa 1- Staplery liniowe zamykająco-tnące z nożem oraz ładunki do staplerów

Poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia, oczekuje zszywek obustronnie spłaszczonych.

KIEROWNIK DZIAŁU
CENTRALNEJ STERYLIZACJI


mgr Anna Jagodzińska