

**Dot.: Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup: „Akcesoria do biopsji mammotomicznej wspomaganej próżnią”**

W nawiązaniu do pytania, udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Tabela. Pkt 1 *Igła do biopsji wspomagana próżnią pod kontrolą stereotaksji.*

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie równoważnych akcesoriów do mammotomicznej biopsji piersi o poniższych parametrach technicznych:

- Igła do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią w rozmiarze 8G i 10G. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego).
- Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący przynajmniej 12 wycinków z możliwością pobrania dodatkowej ilości materiału.
- Funkcja obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści,
- Ostrze igły w kształcie skalpela.
- Możliwość podania środka anestetycznego bezpośrednio do łoża biopsyjnej oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu. Znacznik jest podawany przez igłę biopsyjną w celu precyzyjnego oznaczenia łoża biopsyjnej.
- Igła zapewnia szybki proces pobierania próbek wraz z możliwością zmiany prędkości noża tnącego oraz poziomu próżni,
- Każda igła wyposażona jest w zestaw drenów ssąco-płuczających zapakowanych w jednym sterylnym opakowaniu, zapewniająca większą aseptyczność procedury.

Wraz z powyższymi akcesoriami Wykonawca proponuje dzierżawę najnowszego aparatu do wykonywania mammotomicznej biopsji piersi w cenie 500 zł netto + 23 % VAT za 1 miesiąc dzierżawy urządzenia.

Wyrażenie zgody na dopuszczenie powyższych akcesoriów wraz z możliwością dzierżawy pozwala na poszerzenie kręgu potencjalnych oferentów i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty, co jest korzystne tak dla Zamawiającego jak i też dla pacjentów

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie równoważnych akcesoriów do mammotomicznej biopsji piersi wymienionych w pytaniu nr 1, jednocześnie nie wyraża zgody na odpłatną dzierżawę „najnowszego aparatu do wykonywania mammotomicznej biopsji piersi”. Zamawiający dopuszcza możliwość nieodpłatnej dzierżawy.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Tabela. Pkt 3. *Prowadnik do igły do biopsji stereotaktycznej, kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 9G i 12G.*

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego produktu - prowadników do igły do biopsji stereotaktycznej, kompatybilnych z igłami do biopsji w rozmiarach 8G i 10G.

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.**


**Pytanie nr 3**

Dotyczy: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Tabela. Pkt 4. *Znacznik tkankowy do oznaczania miejsca pobrania tkanki, jednorazowy, kompatybilny z igłami do biopsji w rozmiarach 9G i 12G.*

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego produktu - znaczników tkankowych hydrożelowych nowej generacji do oznaczania miejsca pobrania tkanki. Proponowane znaczniki są jednorazowe, kompatybilne z igłami do biopsji w rozmiarach 8G i 10G , a także widoczne w USG przez okres 12 miesięcy oraz trwale w RTG i MRI.

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę**

**Jednocześnie Zamawiający precyzuje iż Wymaga od Oferentów przeprowadzenia we własnym zakresie kalibracji stołu stereotaktycznego MammoTest prod. Siemens i wprowadzenie parametrów igieł do systemu w ramach oferty.**

ST. REFERENT  
ds. gospodarki materiałowej  
  
mgr **Klaudia Kryger**